

**Zadanie nr 2 PULSOKSYMETR PRZENOŚNY****PULSOKSYMETR PRZENOŚNY**

kod(CPV): 33121000-4

Sprzęt medyczny ma posiadać dokumenty uprawniające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022r., instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim.

**model (należy podać) :****producent (należy podać) :****kraj wytworzenia ( należy podać ) :**

Lp.	Parametry wymagane minimalne	Parametr oferowany
1.	Rok produkcji : 2023r/2024r.	
2.	Waga do 600 g.	
3.	Czytelny kolorowy wyświetlacz.	
4.	Możliwość pomiaru saturacji SpO2 oraz tętna za pomocą czujników napalcowych dla wszystkich grup wiekowych.	
5.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe .	
6.	Możliwość pomiaru kapnometrii ETCO2 za pomocą czujników dla wszystkich grup wiekowych.	
7.	W zestawie: - etui/pokrowiec na urządzenie - komplet czujników wielorazowych dla wszystkich grup wiekowych- do pomiaru SpO2 - czujnik jednorazowy do SpO2 noworodka 5 sztuk -czujnik wielorazowy dla wszystkich grup wiekowych do pomiaru EtCO2 - złączki/adaptery/linia próbkująca - kompatybilne do czujnika EtCO2 dla dorosłych 25 sztuk, dla niemowląt 25 sztuk ( w zależności od modelu, budowy urządzenia)	