

## ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

Załącznik nr 2 do ZO

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tlenu medycznego w butlach na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, wraz z obsługą techniczną butli (legalizacja, wymianą zaworów).

Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w butlach będących własnością Zamawiającego przez okres od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2024r licząc od dnia zrealizowania pierwszej dostawy w ilościach:

1. Butle o pojemności wodnej 8-10 l (butla duża) 82 sztuki, zwane „butle duże”.  
Wymagana minimalna ilość tlenu w „butli dużej” 1,6 m<sup>3</sup>
2. Butle o pojemności wodnej 2-3 l (butla mała) 59 sztuk, zwane „butle małe”  
Minimalna wymagana ilość tlenu w „butli małej” 0,3 m<sup>3</sup>

Kompleksowa realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje następujące parametry wymagane

<b>l-p</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Jedn. miary</b>	<b>Szacunkowa ilość w trakcie trwania Umowy</b>
1.	2.	3.	4.
1	Napełnienie tlenem medycznym „butli dużych”	szt	100
2.	Napełnienie tlenem medycznym „butli małych”	szt.	70
3	Legalizacja butli medycznych Zamawiającego.: - „butle duże” - „butle małe”	szt. szt.	1 1
5.	Transport butli (za pełny kurs dostawa butli pełnych oraz odbiór butli do napełnienia)	dostawa	10

3. Ilości wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 są ilościami szacunkowymi. Ostateczna wielkość przedmiotu dostaw uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i może być wyższa lub niższa o 30% w stosunku do zadeklarowanych powyżej.
4. Zakres czynności związanych z legalizacją butli medycznych powinien być zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Miejscowość, data

Podpis Wykonawcy